

**ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Регионална здравна инспекция - Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №23, За:  
Виолина Енева, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062 614352, Е-mail:  
gl-sekretar@rzi-vt.org

Място/места за контакт: гр.Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.rzi-vt.org/>.

Адрес на профила на купувача: <http://www.rzi-vt.org/kupuvac.htm>.

**ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Доставки

**КРАТКО ОПИСАНИЕ:**

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА СПЕШЕН ПАЦИЕНТ“. Апаратите следва да отговарят на техническата спецификация, неразделна част от документацията за възлагане на поръчката.

**КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (СРВ):**

33100000

**Описание:**

Медицинско оборудване

**КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:**

не по-малко от три медицински апарата

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:**

42000 BGN

**МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

град Велико Търново

**NUTS:**

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

Предлаганата медицинска апаратура трябва да отговаря на европейските и международни стандарти за качество, да бъде фабрично нова, неупотребявана, произведена не по-рано от 2014 г., да не е ползвана като демонстрационна, да не е рециклирана, да бъде доставена в оригинална фабрична опаковка и да фигурира в продуктовата листа на производителя ѝ. Предлаганата апаратура да притежава SE-марка/Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на ЗМИ. Минимални технически изисквания: Да работят с мрежово захранване - 220 волта, 12 волта от куплунг в автомобил и самостоятелно от вградена батерия; Да бъдат (в чанта или куфарче) преносими; Да позволяват синхронизирана кардиоверсия за деца с минимум 5 избираеми мощности (5, 10, 20, 30 и 50 джаула) и възрастни с минимум 4 избираеми мощности (100, 200, 300 и 360 джаула); Да позволяват наблюдение и принтиране на ЕКГ преди и след фибриляцията; ЕКГ модулът да позволява наблюдение на дисплей и принтиране на хартия на 12 стандартни отвеждания (I-во, II-ро, III-то, VR, AVL, AVF, V1-V6); Модулът за дефибриляция да е безопасен съгл. EN 60601; Модулът за мониториране да позволява наблюдение на дисплей минимум следните параметри: ЕКГ, пулсова честота, пулсоксиметрия - кислородна сатурация.

**КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:**

Икономически най-изгодна оферта

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:**

(П1) – предложена от кандидата цена за един брой мултифункционален медицински апарат за електрокардиография, дефибриляция и мониториране на спешен пациент в лева, без ДДС; (П2) – изпълнение над мин. изисквания съгл. техн. спецификации; (П3) – резервни принадлежности и консумативи за 1 брой доставен апарат; Методиката за оценка - Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата:  $(КО) = (П1) + (П2) + (П3)$ . Кандидатът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО), се класира на първо място. Относителна тежест на показателите за оценяване: (П1) = до 50% (0,5) (П2) = до 40 % (0,4) П(2) = П(2.1) - Мониториране на телесна температура – 10% + П(2.2)- Мониториране на артериално налягане– 20% + П(2.3) - Осцилометрия (пулсова крива) – 10%; (П3) = до 10% (0,1)

**СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

25/11/2014 15:00

**ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:**

ДА

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

Документацията за поръчката е достъпна на посочения интернет адрес, а при поискване може да бъде получена и в РЗИ-Велико Търново. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.11.2014г. от 10:30 часа в град Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №23 - сградата на РЗИ- Велико Търново

**СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:**

25/11/2014